



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество «УЛЬТРАМЕДТЕХ»

место нахождения: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, улица Платонова, 1Б, помещение 339

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 101233038

телефон: +375 17 2909140

адрес электронной почты: info@ultramedtech.com

в лице директора Семенчёва Сергея Ивановича

заявляет, что Рециркуляторы воздуха бактерицидные моделей: РВБ 01/15, РВБ 01/15 (Э), РВБ 02/15, РВБ 02/15 (Э), РВБ 01/30, РВБ 01/30 (Э), РВБ 02/30, РВБ 02/30 (Э), РВБ 02/55, РВБ 02/55 (Э), РВБ 02/55 ПН, РВБ 02/55 ПН (Э), РВБ 01/35 (Э), РВБ 03/15 (Э), РВБ 03/25 (Э), РВБ 02/35 (Э), РВБ 02/95 ПН (Э), РВБ 04/32 ПН (Э), РВБ 04/35 ПН (Э)

изготовитель: Закрытое акционерное общество «УЛЬТРАМЕДТЕХ»

место нахождения: Республика Беларусь, 220034, г. Минск, улица Платонова, 1Б, помещение 339

адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220072, г. Минск, улица Академическая, 28/2

изготовлено по ТУ РБ 14790891.002-2015 «Рециркуляторы воздуха бактерицидные «РВБ»

код ТН ВЭД ЕАЭС 8421 39 800 7

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Декларация о соответствии принята на основании:

- протоколов испытаний №№ 45-18/1279-6-2018 от 31.10.2018; 45-18/1279-7-2018 от 31.10.2018; 45-18/1279-8-2018 от 31.10.2018; 45-18/1279-9-2018 от 31.10.2018; 43-18/1279-10-2018 от 02.11.2018; 43-18/1279-11-2018 от 02.11.2018; 43-18/1279-12-2018 от 02.11.2018; 43-18/1279-13-2018 от 02.11.2018, выданных Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025;

- сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003) № РСК.RU.0001.P391718 от 25.04.2018, выданного ООО «СОЮЗ ТЕСТ», Российская Федерация.

Схема декларирования соответствия: 3д

Дополнительная информация:

Примененные стандарты: СТБ МЭК 60601-1-2-2006 Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний (пункты: 36.201.1, 36.201.3.1, 36.201.3.2, 36.202.2, 36.202.3, 36.202.4, 36.202.5, 36.202.6, 36.202.7, 36.202.8.1.);

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки потребителю, срок гарантийного хранения 6 месяцев, срок службы (годности) 5 лет.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2016/3899 от 04.04.2016, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

Сокращенное наименование заявителя: ЗАО «УЛЬТРАМЕДТЕХ».

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.11.2025 включительно.



М.П. _____

Семенчёв Сергей Иванович

(подпись)

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 107 41904

Дата регистрации декларации о соответствии 16.11.2020