



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОИНСТРУМЕНТ", Место нахождения: 119049, Россия, город Москва, улица Крымский Вал, Дом 3, Строение 2, Офис 512, ОГРН: 1027700211010, Номер телефона: +7 4957452290, Адрес электронной почты: mail@ecoinstrument.info

В лице: Генеральный директор Ахадов Кирилл Ширазатдинович

заявляет, что Оборудование лабораторное: , Оптические анализаторы жидкости: Портативные анализаторы мутности (турбидиметры) серии: ЭКОСТАБ, торговая марка: "Apera Instruments", модель: TN500, TB250, TB251, TB260, TB261

Изготовитель: "Apera Instruments Co., Ltd", Место нахождения: Китай, 4/F, Building 16, No.481 Guiping Road, Shanghai, China 200233, 31.170114°, 121.403120°, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 4/F, Building 16, No.481 Guiping Road, Shanghai, China 200233, 31.170114°, 121.403120°

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с технической спецификацией "Apera Instruments Co., Ltd"

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9027500000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 092-02/2023 выдан 15.02.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "КРАНЛИДЕР", аттестат аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛС0.00065 от 20.07.2020"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, "Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования", подразделы 6.2, и 7.2; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ ИЕС 61010-1-2014, "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования"; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.02.2028
включительно**

М.П.

Ахадов Кирилл Ширазатдинович

(подпись)

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.99455/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

21.02.2023