



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭППЕНДОРФ РАША"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, набережная Дербеневская, Дом 11, Помещение 7, основной государственный регистрационный номер 5117746059635

Телефон: +74957435123 Адрес электронной почты: info@eppendorf.ru

в лице Генерального директора Овсянниковой Марины Михайловны

заявляет, что Оборудование лабораторное: центрифуга, Модели, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Изготовитель Eppendorf AG (Germany).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Barkhausenweg 1, 22339, Hamburg

Филиалы согласно приложению № 2 на 1 листе

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8421192009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 2653-939-QRY/ от 05.12.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Сириус", аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0030

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ IEC 61010-1- 2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования", ГОСТ IEC 61010-2- 020-2013 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2- 020. Частные требования к лабораторным центрифугам", ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997)

"Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний", раздел 4, подразделы 6.2, 6.5 и 7.2. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до +30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.01.2025 включительно


(подпись)

М.П.

Овсянникова Марина Михайловна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.НР15.В.01632/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.01.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-ДЕ.НР15.В.01632/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8421192009	Оборудование лабораторное: центрифуга, Модели 5417, 5417 R, 5418, 5418 G, 5418 R, 5418 RG, 5420, 5420 G, 5420 R, 5420 RG, 5424, 5424 G, 5424 R, 5424 RG, 5425, 5425 G, 5425 R, 5425 RG, 5427, 5427 R, 5427 G, 5427RG, 5430, 5430 R, 5430 G, 5430 RG, 5702, 5702 R, 5702 RH, 5702 G, 5702 RG, 5702 RHG, 5804, 5804 R, 5804 G, 5804 RG, 5810, 5810R, 5810 G, 5810 RG, 5910, 5910 G, 5910 R, 5910 RG, 5920, 5920 R, 5920 G, 5920 RG, MiniSpin, MiniSpin Plus, MiniSpin G, MiniSpinPlus G, Concentrator, Concentrator Plus, 6000Ri	



Генеральный директор

подпись

Овсянникова Марина Михайловна

(Ф.И.О. заявителя)

