



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 мая 2018 года

№ ФСР 2009/04670

На медицинское изделие

Устройство электрофореза белков сыворотки крови на пленках из ацетата целлюлозы с регулируемыми параметрами напряжения, силы тока и режимов УЭФ-01-«АСТРА» по ТУ 9443-001-54312116-99

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Астра" (ООО "НПЦ "Астра"), Россия, 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60/1, корп. 5, оф. 307, 309, 310

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Астра" (ООО "НПЦ "Астра"), Россия, 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60/1, корп. 5, оф. 307, 309, 310

Место производства медицинского изделия

ООО "НПЦ "Астра", Россия, 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60/1, корп. 5, оф. 307, 309, 310

Номер регистрационного досье № РД-21944/14338 от 26.04.2018

Вид медицинского изделия 292460

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 07 мая 2018 года № 2920

допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0038244

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 мая 2018 года

№ ФСР 2009/04670

Лист 1

На медицинское изделие

Устройство электрофореза белков сыворотки крови на пленках из ацетата целлюлозы с регулируемыми параметрами напряжения, силы тока и режимов УЭФ-01-«АСТРА» по ТУ 9443-001-54312116-99 в составе:

- источник питания 1 шт.;
- камера деления 1 шт.;
- аппликатор на 8 позиций 3 шт.;
- мостик для закрепления пленки 3 шт.;
- планшет на 8 позиций 3 шт.;
- емкость для реактивов 4 шт.;
- рабочий столик 1 шт.

W

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
roszdravnadzor.ru

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0045716