



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 18 мая 2012 года № ФСЗ 2012/12200

На медицинское изделие

**Дозаторы электронные одноканальные и многоканальные ВЮННТ**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Сарториус Биохит Ликвид Хэндлинг Ой", Финляндия,  
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, 00880, Helsinki, Finland**

Производитель

**"Сарториус Биохит Ликвид Хэндлинг Ой", Финляндия,  
Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, 00880, Helsinki, Finland**

Место производства медицинского изделия

**Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, 00880, Helsinki, Finland**

Номер регистрационного досье № 6584 от 05.03.2012

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 5240**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 18 мая 2012 года № 2392-Пр/12  
и приказом от 02 августа 2016 года № 7733 о замене  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**М.А. Мурашко**

**0021424**

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 18 мая 2012 года

№ ФСЗ 2012/12200

Лист 1

На медицинское изделие

**Дозаторы электронные одноканальные и многоканальные ВЮНТ:**

1. Дозаторы электронные 1-канальные с варьируемым объемом дозирования (0,1-50 000 мкл).
2. Дозаторы электронные 4-канальные с варьируемым объемом дозирования (5-250 мкл).
3. Дозаторы электронные 8-канальные с варьируемым объемом дозирования (0,2-1200 мкл).
4. Дозаторы электронные 12-канальные с варьируемым объемом дозирования (0,2-1200 мкл).

Z

Приказом от 02 августа 2016 года № 7735-03 заменено допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0023168