



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 20 сентября 2021 года № ФСР 2008/02763

На медицинское изделие

Комплект изделий для внутривенного облучения крови низкоинтенсивным лазерным излучением КИВЛ-01 по ТУ 9444-001-17515211-98

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Полироник"

(ООО "Полироник"), Россия,

117342, Москва, вн.тер.г. м.о. Коньково, ул. Введенского, влд. 8, стр. 2,
помещ. XXII, ком. 47

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Полироник"

(ООО "Полироник"), Россия,

117342, Москва, вн.тер.г. м.о. Коньково, ул. Введенского, влд. 8, стр. 2,
помещ. XXII, ком. 47

Место производства медицинского изделия

**ООО "Полироник", Россия, 117342, Москва, вн.тер.г. м.о. Коньково,
ул. Введенского, влд. 8, стр. 2, помещ. XXII, ком. 52, 53-56**

Номер регистрационного досье № РД-43633/48027 от 20.08.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 26.60.13.180

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 20 сентября 2021 года № 8900
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0062856

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 сентября 2021 года № ФСР 2008/02763

Лист 1

На медицинское изделие

Комплект изделий для внутривенного облучения крови низкоинтенсивным лазерным излучением КИВЛ-01 по ТУ 9444-001-17515211-98,
варианты исполнения:

1. Исполнение 1 - магистральный световод (1500 ± 50) мм, насадка (180 ± 10) мм без иглы.
2. Исполнение 2 - магистральный световод (1500 ± 50) мм, насадка (180 ± 10) мм с иглой.
3. Исполнение 3 - магистральный световод (1500 ± 50) мм, насадка (240 ± 20) мм с иглой.

№

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0089402