



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26 октября 2011 года № ФСР 2011/12063

На медицинское изделие

Хроматограф аналитический газовый "Кристаллюкс-4000М"
по ТУ 9443-003-41390585-2010

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма
"Мета-хром" (ООО "НПФ "Мета-хром"), Россия,
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 100

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма
"Мета-хром" (ООО "НПФ "Мета-хром"), Россия,
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 100

Место производства медицинского изделия

ООО "НПФ "Мета-хром", Россия,
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Баумана, д. 100

Номер регистрационного досье № 29197 от 25.07.2011

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4300

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 26 октября 2011 года № 6998-Пр/11
и приказом от 09 ноября 2016 года № 12398 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0027145

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 26 октября 2011 года № ФСР 2011/12063

Лист 1

На медицинское изделие

Хроматограф аналитический газовый "Кристаллюкс-4000М"
по ТУ 9443-003-41390585-2010 в составе:

- блок аналитический с модулями:

ДТП; ПИД/ПИД; ПИД/ТИД/ЭЗД; ПИД/ДТП; ПИД/ПФД; ПИД/ПФД/ЭЗД; ФИД;
ТИД/ЭЗД; ФИД/ЭЗД; ДТП/ДТП; ПИД/ДТП/ДТП; ПИД/ФИД; ПИД/ФИД/ЭЗД;
ФИД/ДТП; ПФД/ДТП; ПФД/ДТП/ДТП; ПИД/ПИД/ДТП; ПИД/ЭЗД/ЭЗД;
ПИД/ПИД/ЭЗД; ЭЗД/ЭЗД; ПИД/ПИД/ПИД; ФИД/ТИД; ДТП/ГИД; ПИД/ГИД; МСД;
ДТП/ТХД; ДТП/ТХД/ПИД - 1 шт.;

- автоматический дозатор жидких проб (газа, равновесного пара) - 1 шт.;

- ручной дозатор жидких проб (шприц), газа (кран-дозатор), равновесного пара
(ДРП-10) - 1 шт.;

- термодесорбер - 1 шт.;

- пиролизер - 1 шт.;

- генератор водорода - 1 шт.;

- компрессор воздуха - 1 шт.;

- генератор азота - 1 шт.;

- фильтр каталитической очистки - 1 шт.;

- прибор для водоподготовки - 1 шт.;

- персональный компьютер типа Pentium - 1 шт.;

- программа обработки хроматографической информации «NetChrom» V2.1 - 1 шт.

Приказом от 09 ноября 2016 года № 12398 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0028350