



**Выписка**  
**из Государственного реестра медицинских изделий и организаций**  
**(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и**  
**изготовление медицинских изделий, по состоянию на 12:31 22.01.2026 г.**

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 195060;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04173169 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04173169);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 21.01.2026;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Фороптер цифровой UDR-800P с принадлежностями.  
Состав:
  1. Тело фороптера UDR-800P - 1 шт.
  2. Распределительное устройство - 1 шт.
  3. Панель управления - 1 шт.
  4. Защитная накладка на маркировку - 1 шт.
  5. Упор для лба - 1 шт.
  6. Лицевой щиток - 2 шт.
  7. Стержень фиксации карты ближнего зрения - 1 шт.
  8. Карта ближнего зрения - 1 шт.
  9. Нарезной болт - не более 3 шт.
  10. Шестигранный болт - 2 шт.
  11. Накладки на болты - 2 шт.
  12. Бумага для печати - не более 3 шт.
  13. Защитная крышка кабеля - 1 шт.
  14. Соединительный кабель тела фороптера и распределительного устройства - 1 шт.
  15. Соединительный кабель панели управления и распределительного устройства - 1 шт.
  16. Кабель электропитания - 1 шт.
  17. Предохранитель - 2 шт.
  18. Беспроводной роутер - 1 шт., в составе:

- 18.1. Беспроводной роутер - 1 шт.
- 18.2. Блок питания беспроводного роутера - 1 шт.
- 18.3. Соединительный кабель RJ45 патчкорд.
19. Планшетный ПК - 1 шт., в составе:
  - 19.1. Планшетный ПК - 1 шт.
  - 19.2. Блок питания планшетного ПК - 1 шт.
  - 19.3. Кабель блока питания планшетного ПК - 1 шт.
20. Держатель планшетного ПК - 2 шт.
21. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Преобразователь UNICOS Тип А: АСР (RS232 и RS485).
2. Преобразователь UNICOS Тип А: URK (RS232 и RS485).
3. Преобразователь UNICOS Тип А: РС (RS232 и RS485).
4. Преобразователь UNICOS Тип А: Etc (RS232 и RS485).
5. Соединительный кабель RS232.
6. Соединительный кабель RS485.
7. Соединительный кабель преобразователя и порта АСР-700.
8. USB/RS232 кабель для соединения преобразователя UNICOS Тип А с РС.
9. Преобразователь UNICOS Тип М, в составе:
  - 9.1. Преобразователь UNICOS Тип М - 1 шт.
  - 9.2. Блок питания для преобразователя Типа М - 1 шт.

6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕА";

7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 119049, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 1А, ЭТ 2 ПОМ I ОФ 7;

8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: 119049, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 4, СТРОЕНИЕ 1А, ЭТ 2 ПОМ I ОФ 7;

9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: UNICOS Co., Ltd. (ЮНИКОС Ко., Лтд.);

10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 282-30, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon, KOREA;

11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 282-30, Munji-ro, Yuseong-gu, Daejeon, KOREA;

12. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя

медицинского изделия: Корея, Республика;

13. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.119;

14. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 1;

15. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: Медицинское изделие предназначено для использования в офтальмологии и оптометрии для определения значения рефракции и бинокулярных функций с целью подбора очков для пациента;

16. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 341980;

17. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: UNICOS Co., Ltd. (ЮНИКОС Ко., Лтд.), 282-30, Munji-go, Yuseong-gu, Daejeon, KOREA;

18. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

19. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
341980	Фороптер цифровой UDR-800P с принадлежностями

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: <https://roszdravnadzor.gov.ru/>.

