

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Регулярно проводите уборку пыли.

8.2 Не реже чем раз в месяц проводите влажную санитарную обработку наружных поверхностей осветителя, протирая их тампоном, смоченным 3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства «Лотос» и др., затем протрите поверхности сухим мягким тампоном. Лампу протирайте тампоном, смоченным спиртом. Тампон должен быть отжат.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до 50° С, относительная влажность до 100% при температуре 25° С.

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1 Осветители в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от 5 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре окружающего воздуха 25° С. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

11 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

11.1 ООО «ГЕЛИОМЕД», 127422 г. Москва, Орликов пер д.6

12 ГАРАНТИЯ

12.1 Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня производства указанного в паспорте.

12.2 Изготовитель осуществляет гарантийный ремонт осветителя в течении гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, отсутствии механических повреждений.

12.3 По вопросам гарантийного ремонта обращаться: (495) 979-08-80, 6382255@mail.ru

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

13.1 Осветитель для люминесцентной диагностики дерматологический ОЛДД-01 соответствует техническим условиям ТУ 9442-077-17493159-97 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 202 г.

Серийный номер Изделия _____

ОСВЕТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

О Л Д Д - 0 1

Паспорт изделия

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Осветитель предназначен для люминесцентной диагностики грибковых заболеваний (микозов), а также ряда дерматозов.

Принцип действия заключается в возникновении свечения очагов поражения под воздействием длинноволнового УФ излучения диапазона 320 - 400 нм.

Цвет свечения очагов поражения:

микроспория - светлозеленый;

разноцветный лишай - от красно-желтого до желтовато-зеленого;

эритразма - кирпично-красный.

Осветитель позволяет проводить дифференциальную диагностику между меланомой и гематомой. Меланома выявляется очагом черного цвета, а гематома - тёмнокрасным.

1.2 Осветитель предназначен для применения в медицинских и детских учреждениях.

1.3 Осветитель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от 10 до 35° С относительной влажности 80 % при температуре 25°С и атмосферном давлении (100±4) кПа (750±30) мм.рт.ст.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Величина облученности на расстоянии 0,15 м от светофильтра - 5 Вт/м².

2.2 Масса осветителя - 0,8 кг, блока освещения - 0,25 кг.

2.3 Габаритные размеры: блока освещения - 40x52x270 мм,

блока питания - 60x75x85 мм.

2.4 Осветитель работает от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В с допустимым отклонением ±10% от номинального значения.

2.5 Мощность, потребляемая от сети - не более 50 ВА.

2.6 Осветитель обеспечивает среднюю интенсивность эксплуатации 6 ч в сутки с цикличностью: 30 мин - работа, 10 мин - перерыв.

2.7 По электробезопасности осветитель соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 и выполнен по классу защиты II типа В.

2.8 Наружные поверхности осветителя (кроме светофильтра) допускают дезинфекцию по ОСТ 42-21-2-85 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос», «Астра».

2.9 Средний срок службы до списания - 5 лет.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Осветитель ОЛДД-01 АФИН.942817 012 - 1

Эксплуатационная документация

3.2 Паспорт АФИН.942817.012 ПС - 1

4 УСТРОЙСТВО

4.1 Осветитель состоит из блока освещения и блока питания, соединенных электрическим шнуром.

4.2 Корпус блока освещения выполнен из двух половинок, соединенных винтами. На одной из половинок расположены светофильтр и клавиша сетевого выключателя, на другой - световой индикатор. Внутри блока освещения размещены ультрафиолетовая лампа типа КЛ9/УФ, отражатель, предохранитель и сетевой выключатель.

4.3 Блок питания обеспечивает работу лампы. Он состоит из пускорегулирующего аппарата и сетевой вилки.

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При замене лампы, предохранителя, устранении неисправностей, дезинфекции и очистке от пыли осветитель необходимо отключить от сети.

5.2 В случае боя лампы необходимо собрать капельки ртути резиновой грушей и место, где разбилась лампа, промыть 1% раствором марганцевоокислого калия.

6 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

6.1 Извлеките осветитель из сумки-чехла или коробки. Выдержите его при комнатной температуре не менее 2 ч.

6.2 Проверьте комплектность в соответствии с разделом 3 настоящего паспорта.

6.3 Вставьте вилку блока питания в сетевую розетку и поставьте клавишу тумблера в положение «I». Проверьте загорание лампы по световому индикатору, должно появиться зеленоватое свечение. Время загорания лампы составляет не более 10-15 сек. Выключите осветитель.

6.4 Осветитель допускает непрерывную работу в течение 30 мин., после чего его необходимо отключить на 10 мин.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Работу с осветителем следует проводить в затемненном помещении.

7.2 Подготовьте пациента к проведению процедуры. Пораженный участок тела должен быть обнажен.

7.3 Включите осветитель в сеть согласно п. 6.3.

7.4 Возьмите блок освещения в руки и направьте его излучение на пораженную поверхность. Перемещая блок освещения вдоль пораженной поверхности, определите ее границы.

7.5 По окончании процедуры клавишу тумблера поставьте в положение «0» и извлеките вилку блока питания из сетевой розетки